

ZP/D/1/2017

Bielsko-Biała, 13.07.2017

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa defibrylatorów przenośnych na potrzeby wyposażenia ambulansów drogowych Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.” – ZP/D/1/2017

W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/D/1/2017, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na złożone zapytania:

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator z regulacją prądu stymulacji od 0- 140 mA?

Odpowiedź: **NIE**

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści defibrylator z 5 poziomami wzmocnienia sygnału EKG od 0,5- 3 cm/mV?

Odpowiedź: **NIE**

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny?

Odpowiedź: **NIE**

DYREKTOR
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
mgr Wojciech Waligóra

Chw...