

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
**„Dostawa dwóch ambulansów typu C z radiotelefonami
dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.”**
NR SPRAWY: ZP/D/2/2019

Bielskie Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania/wnioski, jednocześnie udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1.

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dojazd na kołach.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Wyjaśniamy, że możliwość szkolenia i ewentualnych uwag wg. życzeń klienta są dla niego korzystne.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dostawy w terminie do 30.04.2020r. co jest związane z chęcią zaoferowania samochodów bazowych z przyszłorocznej produkcji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza ambulanse jednej marki, ale w dwóch konfiguracjach wyposażenia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez wskaźnika zużycia klocków hamulcowych ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuszcza, standardową długość gwarancji na samochód bazowy 24 miesiące bez limitu km, oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy którą oferuje większość producentów ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający silnik, zapewniający osiągnięcie przyspieszeń wymaganych w pkt. 4.2.1 normy PN EN 1789 o mocy 121 kW (165 KM) i momencie obrotowym 380 Nm, spełniający normę emisji spalin Euro VI ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, posiadający fabryczny alternator o mocy 185 A z nadmiarem pokrywający zapotrzebowanie prądowe ambulansu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Czy określenie "fabryczne" oznacza fabrykę producenta pojazdu bazowego lub fabrykę wymienioną w Świadectwie Zgodności WE dokonującą zabudowy ambulansu ?

Odpowiedź: Oznacza wyposażenie pojazdu na etapie produkcji pojazdu bazowego

Pytanie 10

Czy szerokość przedziału medycznego ma być zgodna z wytycznymi określonymi w normie PN EN 1789 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Prosimy o zmianę kryterium parametrów punktowanych z zapisu " Kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera " na „Kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera lub inne rozwiązanie np. poduszki powietrzne o powiększonym polu ochrony bocznej dla kierowcy i pasażera " ?

Wyjaśniamy, proponowana przez nas zmiana jest bardziej sprawiedliwa w ocenie ofert. Prosimy o zmianę powyższego kryterium i umieszczenie proponowanego zapisu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Prosimy o zmianę kryterium parametrów punktowanych z zapisu " ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami " na „ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami lub ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi płytami z tworzywa sztucznego w całości odzwierciedlającymi kształt nadwozia (osłaniającym wręgi, słupki, nadkola). pod warunkiem posiadania przez ambulans Certyfikatu Niezależnej Jednostki Notyfikującej potwierdzającej jego zgodność z normą PN EN 1789+A2:2015 " ?

Wyjaśniamy, proponowana przez nas zmiana jest bardziej sprawiedliwa w ocenie ofert. Prosimy o zmianę powyższego kryterium i umieszczenie proponowanego zapisu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
mgr Wojciech Waligóra