

Bielsko-Biała, 02.12.2020 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
„Zakup 20 sztuk stacjonarnych urządzeń do dezynfekcji ambulansów metodą zamglawiania wraz z płynem na potrzeby Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.”

Nr sprawy : 5/D/ZP/2020

Bielskie Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania/wnioski, jednocześnie udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: 493mm x 362mm x 266mm?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Po przekroczeniu wyłącznie terminu 30 dni Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenie zastępcze.

Odpowiedź:

Termin 14 dni jest dla Zamawiającego terminem zbyt długim. Zgodnie z projektem umowy:

„Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 72 godzin od zgłoszenia, na koszt gwaranta. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin”

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek w przedziale 5-10 mikronów?

Odpowiedź:

Zamawiający określa w Specyfikacji technicznej (NOWY Załącznik nr 5) w punkcie 5, że urządzenie ma rozpraszać środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.




Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści wymiary całkowite urządzenia 330x460x330 mm, które nieznacznie różnią się od oczekiwanych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wymiary całkowite urządzenia 340x380x280 mm, które nieznacznie różnią się od oczekiwanych?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

DYREKTOR
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego
mgr Wojciech Waligóra