

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

**"Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego"**

Nr sprawy : 3/D/ZP/2021

Bielskie Pogotowie Ratunkowe jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania/wnioski, jednocześnie udziela na nie odpowiedzi:

Dotyczy pakietu 3 pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier do LIFEPAK 12/15 oryginalny, o wymiarach 107 mm x 22 m (pakowany po 2 rolki)?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowany papier był w pełni kompatybilny i przetestowany do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodny z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje takich wymagań.

Pakiet nr 1 poz. 1-15,20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie po 80 sztuk. Zmiana ta wymusza przeliczenia ilości w stosunku do opakowania po 100 szt.

Pakiet nr 1 poz. 6-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek ze skala rozszerzona?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1 poz. 6-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli innej firmy niż BD?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 1 poz. 6-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządów pakowanych po 250sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zmiany te wymagają przeliczenia ilości.

Pakiet nr 2 poz. 1-9 , 13,31-37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 4 poz. 24,31-41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 5 poz. 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonu bez pętelki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 5 poz. 1-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonu z pojedynczą patką?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 5 poz. 10-18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 4 poz. 15 – 18

Ze względu na zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wyrażenie zgody na złożenie oferty na wybrane pozycje.

W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki oraz ograniczona dostępność rękawic. Państwa zgoda da możliwość przystąpienia większej ilości oferentów do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania, co przedłoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert, zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Brak takiej zgody silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w Pakiecie, stawiając ich w uprzywilejowanej pozycji co narusza dyscyplinę finansów publicznych art. 17.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 4 poz. 15 – 18

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

powierzchnia gładka z teksturą na końcach palców. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B. Zgodnie z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi-x174 norma równoważna do ASTM F 1671), ASTM D 6978 (31 substancji cytostatycznych).

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz. 13-14

Czy zamawiający wydzieli poz.13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 1, poz.13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 14

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga informacji na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów.

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zamawiające dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 3-4, 31-41

Czy zamawiający wydzieli poz.3-4, 31-41 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 5, poz. 8-10

Czy zamawiający wydzieli poz.8-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 5, poz. 1-7

Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, klasa III, spełniający wymagania normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i nogawki elastyczna gumka, elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m²; spełniający normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126, w rozmiarze M, L, XL, XXL ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 4 poz. 14

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 14 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?
lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m², nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 4 poz. 17

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 17 i dopuści:
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni bezalkoholowe, w rozmiarze 17x23cm, pakowane po 100szt. w tubie dozującej?
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni bezalkoholowe, w rozmiarze 12x18cm, pakowane po 150szt. w tubie dozującej
lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni bezalkoholowe, w rozmiarze 12x18cm, pakowane po 200szt. w tubie dozującej?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 9 dopisać na końcu ustęp 6 o treści:

"Ustępy od 1 do 5 paragrafu 9 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w

której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 9 ustępu 6 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 1% wartości brutto z nieopłaconej w terminie faktury za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie widzi konieczności dopisania tego ustępu do umowy. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Zamawiającego obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i obwieszczenia w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Pytanie 1, pakiet nr 1

Poz. 5 – proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tej **pozycji igły jednorazowego użytku 18x40/100**.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, pakiet nr 1

Poz. 5 – proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tej **pozycji igły jednorazowego użytku 20x40/100**.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, pakiet nr 1

Poz. 9 – proszę o dopuszczenie możliwości **wyceny za opakowanie 80 szt. , z możliwością przeliczenia ilości sztuk na opakowania tj. 250 op. po 80 szt.** Ilość sztuk w opakowaniu nie ma wpływu na wykonywanie procedur medycznych a dopuszczenie proponowanego opakowania umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, pakiet nr 1

Poz. 14 – proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych o następujących parametrach:

- przyrządy do infuzji bez ftalanów
- igła dwukanałowa
- hydrofobowy filtr powietrza z plastikową zatyczką on/off w kolorze niebieskim
- komora kroplowa- długość 5 cm, z filtrem (20kropli = 1ml $\pm$ 0,1ml); wykonana z elastycznego tworzywa, przezroczysta
- filtr płynu o wielkości oczek 15 μ m
- duży, biały wykonany z ABS zaciskacz rolkowy z miejscem na dren (biały korpus, niebieski regulator), który umożliwia precyzyjne dozowanie lub zatrzymanie podawania płynu
- łącznik luer lock z osłonką;
- dren 1,5m wykonany z PVC
- komora kroplowa wykonana z PCV
- wyrób sterylizowany EO, niepirogenny, nietoksyczny, pojedynczo pakowany , a następnie po 25 szt. x 16 opakowań = 400 w kartonie.

Zaproponowany przyrząd jest dopuszczony do obrotu, posiada odpowiednie dopuszczenia, używany jest w placówkach służby zdrowia.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, pakiet nr 1

Poz.18 – proszę o uściślenie wymaganych ilości sztuk , czy ma być 50 szt. Czy 50 x 100 szt.?

Odpowiedź: 50 szt.

Pytanie 6, pakiet nr 3

Poz. 1 - Czy zamawiający dopuści elektrodę okrągłą o średnicy 26mm? Reszta parametrów jak w SIWZ. Umożliwią to złożenie korzystniejszej oferty.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści cewnik do kontrolowanego odsysania CH14/60?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja nr 16 - 27 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpięści, z logo producenta tylko na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja nr 16 - 27 – Czy zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 25 sztuk?

Odpowiedź: Ze względu na mniejsze ilości poniżej opakowania Zamawiający dopuszcza tylko opakowania po 20 szt.

Pakiet nr 2, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z medycznego PCV, niesilikonowane, ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpięści?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści pojedynczą skalę głębokości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja nr 38 – Prosimy o doprecyzowanie dla kogo ma być przeznaczony resuscytator?

Odpowiedź: Dla dorosłych.

Pakiet nr 2, pozycja nr 41 – Czy zamawiający wymaga sterylnej łyżki do laryngoskopu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sterylnej łyżki.

Pakiet nr 2, pozycja nr 41 – Czy zamawiający dopuści łyżki typu Miller w rozmiarach 0, 1, 2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja nr 42 – Czy zamawiający dopuści metalowe łyżki do laryngoskopu posiadające plastikowe standardowe mocowanie kulkowe, z nazwą producenta tylko na opakowaniu jednostkowym, bez kolorystycznego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łyżki z nazwą producenta tylko na opakowaniu jednostkowym, bez kolorystycznego opakowania spełniające pozostałe wymogi SWZ.

Pakiet nr 3, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści elektrody o średnicy 30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 36 x 42 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja nr 17 – Czy zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe 13 x 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści sterylne nici chirurgiczne pakowane po 12 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga opakowania po 10 szt.

Pakiet nr 4, pozycja nr 22 - 23 – Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie, gdyż jedno opakowanie zawiera 10 sztuk?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet nr 4, pozycja nr 25 – Czy zamawiający wymaga sterylnych łopatek drewnianych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pakiet nr 4, pozycja nr 27 – Prosimy o doprecyzowanie jakie wymiary ma posiadać podkład?

Odpowiedź: 50x50cm 1 rolka 100 listków

Pakiet nr 4, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści jakie wymiary ma posiadać podkład?

Odpowiedź: Podkład higieniczno-ochronny nieskładany na rolce 51x160

Pakiet nr 4, pozycja nr 29 – Czy zamawiający dopuści jakie wymiary ma posiadać podkład?

Odpowiedź: Podkład higieniczno-ochronny nieskładany na rolce 51x80.

Pakiet nr 4, pozycja nr 30 – Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści.

Pakiet 5 pozycja 8

Prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na złożenie oferty cenowej tylko dla pozycji 8 w zadaniu nr 5 lub wydzielił maski medyczne jednorazowe do pakietu 5A.

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż jesteśmy producentem wyspecjalizowanym w produkcji masek medycznych na gumki wzbogaconych o dodatkowy filtr węglowy- za ten produkt odpowiadamy, podpierając się badaniami które są wykonywane w danym asortymencie. Dzięki temu oferujemy jako jedyni na rynku maski medyczne wzbogacone o dodatkowy filtr węglowy w technologii grafenowej, który ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Wyspecjalizowana produkcja koncentruje siły i moce przerobowe przedsiębiorstwa na dbaniu o jakość wąskiej gamy produktów, dzięki czemu oferujemy pod każdym względem produkt najwyższej jakości.

Chcemy zaoferować Państwu produkt innowacyjny w swojej dziedzinie- wnętrze maski ma właściwości bakteriostatyczne, co ogranicza kolonizację materiału maski przez drobnoustroje pochodzące z powietrza wydychanego przez użytkownika. Umożliwia to bardziej komfortowe i potencjalnie dłuższe korzystanie z maski ograniczając konsekwencje typu nieprzyjemny zapach lub ryzyko samo-infekcji. W załączeniu przesyłam zdjęcie rzeczonoego produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pakiet 5 pozycja 9,10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie maski FFP2 oraz maski FFP3 zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, zgodnych z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ


Pakiet 5 pozycja 8,9,10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość wyłączenia z pakietu nr 5 masek. Swoją prośbę motywujemy faktem, iż w obecnym brzmieniu pakiet umożliwia składanie ofert tylko i wyłącznie pośrednikom, z uwagi na zupełnie odmienne procesy produkcji asortymentów w postaci kombinezonów, masek oraz rękawic. Tym samym pragniemy zauważyć że przy tak znaczącym wolumenie, jaki planują Państwo zakupić, umożliwienie składania ofert także producentom, przyniesie wymierne oszczędności

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ zgodnie z treścią niniejszych wyjaśnień. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Bielskiego Pogotowia Ratunkowego


mgr Wojciech Waligóra